

Број: 1-02-4042-21/19-6

Датум: 04.10.2019.

Београд

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 1**  
**у отвореном поступку за јавну набавку бр. 1-02-4042-21/19**

**Питање:**

У конкурсној документацији, у одељку III – Техничке спецификације и карактеристике на страни 11, затим у Моделу оквирног споразума на страни 29, као и у Моделу уговора наводи се „Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца и том приликом ће сачинити *Записник о квалитативном пријему услуге поправки или дефектаже*, и у њему констатовати да ли је поправка или дефектација обављена на одговарајући начин, који се прилаже уз фактуру Извршиоца. Ако услуга из члана 1. није реализована на адекватан начин, Комисија ће то констатовати и дати додатни рок од 7 дана Извршиоцу да изврши потребне корекције.“


Указујемо наручиоцу да је додатни рок од 7 дана кратак период за извршење корекције, јер постоји могућност да корекција мора да се изврши у сервисном центру произвођача, који се налази у иностранству, и само слање уређаја у сервисни центар, извоз и увоз опреме траје најмање 7 дана, тако да вас молимо да овај рок продужите на 30 дана.

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити наведени предлог, да се додатни рок продужи на 30 дана.

У складу са наведеним наручилац ће извршити измене конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  
Јасмина Пејаковић