



Република Србија  
**РАТЕЛ**  
Регулаторна агенција за  
електронске комуникације  
и поштанске услуге



Број: 1-02-4042-17/15-7  
Датум: 19.05.2015.  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Објашњење у вези јавне набавке добара – Портабл мерач поља са могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C, број 1-02-4042-17/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1) На страни 5/29 у делу “СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ”, у једној од тачака се тражи следећа карактеристика: “Фреквентни опсег анализатора спектра од 5MHz до минимум 3GHz”.

Наше питање гласи:

Да ли ће бити прихваћено као адекватно решење уредјај чији је фреквентни опсег од 4MHz до 2.7GHz, с обзиром да се сви захтевани сигнали које уредјај треба да мери и приказује (DVB-C, DVB-T2 и DVB-S/S2) налазе у том опсегу?

➤ С обзиром да ће наведени уређај бити коришћен и као анализатор спектра опште намене, потребно је да фреквенцијски опсег анализатора спектра буде од 5 MHz до минимално 3GHz.

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

С поштовањем,

