

Број: 1-02-4042-21/16-7

Датум: 14.11.2016.

Београд

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу предлога Комисије образоване Решењем бр. 1-02-4042-1/16-1 од 05.10.2016. године, за јавну набавку обара – систем за мерење електромагнетског зрачења., доноси се

О Д Л У К А
о измени Конкурсне документације бр. 1-02-4042-21/16-4

И М Е Њ А се Одељак III - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ, тачка 1, односно мења се реченица „радни температурни опсег: од -20 до +55°C“, тако да гласи „**радни температурни опсег: од -10 до +55°C**“.



II М Е Њ А се Одељак III - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ, тачка 1, односно мења се реченица „аутономија соларног напајања у неодговарајућим временским условима (без сунца): ≥ 60 дана“, тако да гласи „**аутономија соларног напајања у неодговарајућим временским условима (без сунца): ≥ 48 сати**“.

III М Е Њ А се Одељак V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 12, последњи параграф: „Понуђач је у обавези да достави одговарајући Доказ од произвођача опреме у коме стоји, да Наручилац полаже право на продужено трајање гаранције од 4 године. У доказу треба навести број и назив јавне набавке, као и назив Наручиоца.“, тако да гласи: „**Изабрани Понуђач је у обавези да, приликом испоруке предмета уговора, достави одговарајући Доказ од произвођача опреме (Изјава, Потврда, сертификат, или сл.) у коме стоји да Наручилац полаже право на продужено трајање гаранције на испоручену опрему од 4 године.**“

Образложење

Заинтересовано лице је у Захтеву за додатним појашњењем, достављеним 08.11.2016. године, заведеним под дел. бр. бр. 1-02-4042-21/16-5, између осталог затражио да се умање технички захтеви у вези са предметом набавке. Сходно постављеним захтевима Наручилац доноси одлуку из диспозитива.

Одлуку припремили председник и чланови Комисије

Име и презиме	Потпис
Миодраг Ивковић, председник	
мр Драгољуб Стефановић, члан	
Ђорђе Вукић, члан	