

Број: 1-02-4042-21/16-6  
Датум: 14.11.2016.  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде за ЈН добара – систем за мерење електромагнетског зрачења, број 1-02-4042-21/16

**На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени захтев за додатним појашњењима који је заведен под дел. бр. 1-02-4042-21/16-5 од 08.11.2016. године:**

#### **Питање бр. 1.**

У складу са конкурсном документацијом, молимо Вас да нам доставите одговоре на следећа питања:

1. Имајући у виду да су предмет јавне набавке банд-селективне и широкопојасне пробе за мерење електромагнетног зрачења које су технолошки значајно различите, а посебно по питању утицаја оперативно-радних услова на техничке карактеристике, можете ли нам одговорити да ли је за Вас прихватљиво:
  - Да радна температура за банд-селективну пробу буде у опсегу од -10С до +55С јер на температурама нижим од -10С банд-селективна проба има повећану мernу несигурност иако је она у оперативном стању?
  - Да аутономија соларног напајања у неодговарајућим временским условима за банд-селективну пробу буде 48-60h имајући у виду велику потрошњу оваквих проба и капацитет релевантних батерија на тржишту?

#### **О д г о в о р б р. 1:**

С обзиром на предвиђену намену и начин употребе банд-селективних сензорских јединица, може се прихватити да за овај тип јединице буде декларисан ужи радни температурни опсег и мања аутономија рада у неодговарајућим временским условима, у режиму рада са соларним напајањем.

С тим у вези одлучено је да конкурсна документација буде измењена на следећи начин:

- у тачки 1. одељка III - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ, мења се реченица „радни температурни опсег: од -20 до +55°С“, тако да гласи „радни температурни опсег: од -10 до +55°С“.
- у тачки 1. одељка III - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ, мења се реченица „аутономија соларног напајања у неодговарајућим временским условима (без сунца):



≥ 60 дана“, тако да гласи „аутономија соларног напајања у неодговарајућим временским условима (без сунца): ≥ 48 сати“.

### **Питање бр. 2.**

2. Da li ste pod jedinicama za napajanje koje treba da budu obuhvaćene garancijom od 4 godine mislili na baterije i punjače jer nije uobičajeno da ovako dug garantni rok obuhvati ovaj tip opreme, posebno baterije jer se smatraju potrošnim priborom?

### **О д г о в о р бр. 2:**

Као што је у конкурсној документацији наведено, гаранцијом од 4 године треба да буду обухваћени сви саставни делови јединице, укључујући и батерије и пуњаче батерија.

### **Питање бр. 3.**

3. Da li Ponuđač dostavlja odgovarajući dokaz od proizvođača opreme u kome stoji da Naručilac polaže право na produženo trajanje garancije od 4 godine u samoj ponudi ili nakon izbora uz isporuku robe, što je uobičajeno?

### **О д г о в о р бр. 3:**

Овај став у конкурсној документацији није потпуно прецизно формулисан.

С тим у вези одлучено је да конкурсна документација буде измењена на следећи начин:

- у тачки 12. одељка V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се став „Понуђач је у обавези да достави одговарајући Доказ од произвођача опреме у коме стоји. да Наручилац полаже право на продужено трајање гаранције од 4 године. У доказу треба навести број и назив јавне набавке, као и назив Наручиоца.“, тако да гласи „Изабрани Понуђач је у обавези да, приликом испоруке робе, достави одговарајући Доказ од произвођача опреме у коме стоји да Наручилац полаже право на продужено трајање гаранције од 4 године.“

### **Питање бр. 4.**



4 Da li ponuđači mogu da dostave kopiju Rešenja o upis u registar ponuđača kod Agencije za privredne registre kao dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke (traženih na stranama 9-11 Konkursne dokumentacije)?

### **О д г о в о р бр. 4:**



Да, можете доставити фотокопију Решења о упис у регистар понуђач. Такође, сви понуђачи могу да доставе или фотокопију поменутог Решења или Извод из регистра понуђача. Оба наведена документа упућују да је Понуђач уписан у регистар и да испуњава законске услове прописане чланом 78. Закона, односно није у обавези да доставља посебне доказе за испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Одговоре припремили председник и чланови Комисије:

Име и презиме	Потпис
Миодраг Ивковић, председник	
мр Драгољуб Стефановић, члан	
Ђорђе Вукић, члан	