

Број: 1-02-4042-10/16-6

Датум: 2.8.2016.

Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 1.8.2016. године у 14,38 часова, заведеног под бројем 1 02-4042-10/15-5, за јавну набавку добара - мерни инструменти, обликоване по партијама, редни број 1-02-4042-10/16, објављујемо одговор:

Питање:

**1. За ЛОТ 1:** Да ли се може понудити преносиви векторски анализатор мреже који покрива фреквенцијски опсег од 100 kHz – 8 GHz?

Одговор:

Да. У захтеву за радни фреквенцијски опсег штампарском грешком је уписано 30 kHz уместо 300 kHz – РАТЕЛ не планира имплементацију антенских система за мерење у LF фреквенцијском опсегу у својим фиксним и мобилним контролно-мерним станицама, па самим тим не постоји потреба да доња граница радног опсега инструмента буде нижа од наведене. У том смислу ће бити објављена измена конкурсне документације.

Питање:

**2. За ЛОТ 2:** Да ли се може понудити тест сет за мобилне радио системе који има укупну тежину од 13 kg?

Одговор:

Не, понуђени преносни инструмент мора да задовољи овај захтев. Тежина од 13 kg би значајно отежала рад у теренским условима, што је основна намена овог инструмента.

**3. Питање:**

За ЛОТ 3: Да ли је дуал порт тестирање неопходно и за интерфејс од 1GigE и за интерфејс од 10 GigE?

Одговор:

Да, дуал порт тестирање је неопходан за 1GigE и 10 GigE интерфејс.

Доставити:

- понуђачима
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Милош Јосиповић

38 