



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге



Број: 1-02-4042-9/17-11

Датум: 12.06.2017.

Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара – мерна и лабораторијска опрема и антенски системи, обликовану по партијама, број 1-02-4042-9/17;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1) Везано за 1-02-4042-9/17, партију III РФ сигнал генератор, у техничким захтевима стоји: заштита РФ излаза (од „повратне снаге“): $DC \geq 30V$, $RF \geq 36dBm$.

Кажите ми само да ли вам задовољава карактеристика 50V/1W(30dBm)? Имамо у понуди и модел са 50V/10W карактеристиком али је његова цена дупло већа, па смо у недоумици шта да понудимо с обзиром да и јефтинији уређај задовољава све остале ваше захтеве?

– Наручилац остаје при техничком захтеву из конкурсне документације да заштита РФ излаза од „повратне снаге“ треба да буде $DC \geq 30V$ и $RF \geq 36dBm$. У складу са напред наведеним, инструмент са карактеристикама заштите РФ излаза од 50V DC и 1W (30dBm) РФ снаге не задовољава захтеване услове из конкурсне документације.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Јосиповић